



証明書番号： 2112891

総数 1 頁の 1 頁

温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します

依頼者 山梨大学医学部附属病院
所在地 山梨県中央市下河東1110

校正対象品

	型番	品番	製造番号	testo s/n
本体	0572 1261	Saveris T2D	62851215/105	047790
センサ	0572 1001	0572 1001	102	047791

合否判定基準： 本体精度 + センサ精度
本体精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($-25.0^{\circ}\text{C} \sim +70.0^{\circ}\text{C}$)
 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ (その他の計測範囲)
センサ精度 計測値の $\pm 0.5\%$ ($+100.0^{\circ}\text{C} \sim +125.0^{\circ}\text{C}$)
 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($-25.0^{\circ}\text{C} \sim +80.0^{\circ}\text{C}$)
 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ (その他の計測範囲)

検査室の環境： $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ $51 \pm 5\% \text{rh}$

校正結果 校正年月日 2022年7月11日

基準値 ($^{\circ}\text{C}$)	校正値 ($^{\circ}\text{C}$)	器差 ($^{\circ}\text{C}$)	合否判定
15.00	15.0	± 0.00	OK
25.00	25.0	± 0.00	OK

- * 校正はJIS Z 8710 (1993)、7.2.2 (比較法) に準じて行ないました。
- * 校正に用いた基準器は次のとおりです。

製品名	型番	製造番号	製造者名
デジタル温度計	testo400	61794703/0719	ドイツ Testo社
白金測温抵抗体	0618 0275	63000090/0921	ドイツ Testo社

- * 基準器は、日本電気計器検定所で校正されており、国家標準にトレーサブルです。
(校正証明書番号：011-221271-100)
- * 基準値は、基準器であるデジタル温度計が示した値です。
- * 校正値とは、被校正品が示す値です。
- * 器差とは、校正値から基準値を引いた値です。
- * 合否判定は、弊社の合否判定基準により行いました。器差が判定基準内であれば「OK」、判定基準外であれば「NG」で表します。

2022年7月27日
横浜市港北区新横浜2-2-15
株式会社テスト
TEL：045-476-2266

試験担当者	承認者
	

備考：事前の承認なしに、この証明書の一部のみを複製して使用することを禁じます。