

メジャー型身長計 HR

購入日 2016年 3月 9日

較正済コンベックスを用い、100cm、200cmでの測定値を確認

コンベックスの値に対し、±0.1%以内を適とする

頻度 1回/年

日付	点検結果		実施者
	100cm	200cm	
2016/3/9	○	○	手塚
2017/6/12	○	○	手塚
2018/6/20	○	○	手塚
2020/1/8	○	○	手塚
2021/4/17	○	○	手塚
2022/4/15	○	○	手塚
2023/4/7	○ 100.0cm	○ 200.1cm	手塚
2024/4/17	○ 100.0cm	○ 199.9cm	手塚
2025/4/17	○ 100.05cm	○ 200.2cm	手塚